

n-Buttersäure AF

CAS-Nr. 107-92-6

<i>Liefer- spezifikationen</i>	Merkmal	Wert	Einheit	Testmethode	AZ
	n-Buttersäure	min. 99,5	% (m/m)	Gaschromatographie	x
	Propionsäure	max. 0,3	% (m/m)	Gaschromatographie	x
	Isobuttersäure	max. 0,1	% (m/m)	Gaschromatographie	x
	Wasser	max. 0,1	% (m/m)	DIN 51 777 / ASTM D 1364 (mod. Karl-Fischer-Methode)	x
	Platin/Cobalt-Farbzahl (Hazen/APHA-Farbzahl)	max. 15		DIN EN 1557 / DIN ISO 6271 / ASTM D 1209	x

Produkt-Nr. 51006024
51006373

Gültig ab 15.11.2010
Version-Nr. 1.1

Die mit x markierten Parameter werden auf Analysenzertifikaten (AZ) ausgewiesen. Testmethoden sind zu allen Parametern der Spezifikation erhältlich. Für Nachfragen steht ihr Sales Support zur Verfügung.

Typische Eigenschaften sind kein Bestandteil der Produktspezifikation.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsgebiete informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Beschaffenheiten der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu garantieren. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

OXEA GmbH
Rheinpromenade 4a
40789 Monheim
Deutschland / Germany

OXEA Corporation
1505 West LBJ Freeway
Suite 400
Dallas, TX 75234
USA

email: psq@oxea-chemicals.com

Seite 1 von 1
10460A-SLS-DE V1.1